

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgG  
عنوان دستگاه : لیازون  
سری ساخت : /۶۷۱۰۳۴۰  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱  
عنوان کنترل : Pooled serum

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۹,۶۲	۱,۱۹۶	۸,۸۴۵	۱۰,۰۴۱	۱۱,۲۳۷	۱۲,۴۳۳	۱۳,۶۲۹	۱۴,۸۲۵	۱۶,۰۲۱

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۱,۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۳,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۳,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۱۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۴,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸

CV%: 11.169	SD: 1.472	Mean: 13.182
-------------	-----------	--------------

