

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgG  
عنوان دستگاه : لیازون  
سری ساخت : -/۰  
عنوان کنترل : Pooled serum  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۵.۳	۰.۸۶۷	۲۲.۲۹۹	۲۳.۱۶۶	۲۴.۰۳۳	۲۴.۹	۲۵.۷۶۷	۲۶.۶۳۴	۲۷.۵۰۱

مقدار	تاریخ
۲۶.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۲۵.۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۲۶.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۲۶.۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۲۵.۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۲۴.۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۴

CV%: 2.95	SD: 0.754	Mean: 25.569
-----------	-----------	--------------

