

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgM
عنوان دستگاه : الایزاریدر
سری ساخت : *۹*
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۵,۷۷۴	۳,۶۹۲	۱۲,۳۳	۱۶,۰۲۲	۱۹,۷۱۴	۲۳,۴۰۶	۲۷,۰۹۸	۳۰,۷۹	۳۴,۴۸۲

مقدار	تاریخ
۳۱,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۲۱,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۹,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۳۰,۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۹,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۱,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۲۳,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 17.676	SD: 4.345	Mean: 24.582
-------------	-----------	--------------

