

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgM
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : *۹*
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۰۴۲	۳,۸۰۲	۱۲,۲۹۷	۱۶,۰۹۹	۱۹,۹۰۱	۲۳,۷۰۳	۲۷,۵۰۵	۳۱,۳۰۷	۳۵,۱۰۹

مقدار	تاریخ
۲۱,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۲۱,۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۱,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۰
۲۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲۸,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳۰,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۶,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۲۳,۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۲۲,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۲۲,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸

CV%: 14.941	SD: 3.739	Mean: 25.027
-------------	-----------	--------------

