

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgM
عنوان دستگاه : liaison
سری ساخت : -/۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۷	۰.۰۶	۱.۱۶	۱.۲۲	۱.۲۸	۱.۳۴	۱.۴	۱.۴۶	۱.۵۲

مقدار	تاریخ
۱.۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۹
۱.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱.۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۱.۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

مقدار	تاریخ
۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱.۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱.۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱.۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱.۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷

مقدار	تاریخ
۱.۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱.۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۱.۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۱.۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۱.۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴
۱.۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱.۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۱.۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱

CV%: 4.202	SD: 0.054	Mean: 1.282
------------	-----------	-------------

