

DIASORIN -high : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۲:

HBsAb-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۸۴۵۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۶	۰.۱۰۲	۰.۲۸۹	۰.۳۹۱	۰.۴۹۳	۰.۵۹۵	۰.۶۹۷	۰.۷۹۹	۰.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۰.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۰.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۰.۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۰.۶۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۰.۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۰.۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۰.۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۰.۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰
۰.۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۱
۰.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۰.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۰.۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۰.۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶

CV%: 5.62	SD: 0.034	Mean: 0.601
-----------	-----------	-------------

