

DIASORIN -high : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۱/۲۲:

HBeAb-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۸۴۵۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸۷۱	۰.۰۳۵	۰.۴۸۵	۰.۵۲	۰.۵۵۵	۰.۵۹	۰.۶۲۵	۰.۶۶	۰.۶۹۵

مقدار	تاریخ
۰.۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۶۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۰.۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۰.۶۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۰.۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۲
۰.۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰.۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۴

CV%: 5.122	SD: 0.031	Mean: 0.611
------------	-----------	-------------

