

DIASORIN II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

HBsAg-CLIA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۹۶۰۴۷۰

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۱.۷۳۴	۰.۰۵۱	۰.۲۸۲	۰.۳۳۳	۰.۳۸۴	۰.۴۳۵	۰.۴۸۶	۰.۵۳۷	۰.۵۸۸

مقدار	تاریخ
۰.۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۰.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۰.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۰.۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۰.۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۰.۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۰.۳۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۰.۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷

CV%: 13.754	SD: 0.059	Mean: 0.426
-------------	-----------	-------------

