

عنوان آزمایش : HBeAg
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : hbe.ce
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
کنترل داخل کیت - مثبت

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۵۸۹	۱,۶۵۹	۱۰,۶۸۹	۱۲,۳۴۸	۱۴,۰۰۷	۱۵,۶۶۶	۱۷,۳۲۵	۱۸,۹۸۴	۲۰,۶۴۳

مقدار	تاریخ
۱۶,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۴,۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۶,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲

CV%: 5.039	SD: 0.785	Mean: 15.575
------------	-----------	--------------

