

## Qualitative

تاریخ :	دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰	آزمایش ۱ :	(Hydatid Ab (IgG
کیت :	پیشتاز طب	کنترل :	کنترل مثبت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	پیشتاز طب
سری ساخت :	۹۹۰۰۱	سری ساخت :	۹۹۰۰۱
تاریخ انقضاء :	/۱۱/۲۰۲۱	تاریخ انقضاء :	/۱۱/۲۰۲۱
معیار پذیرش :	۱.۱۲ تا ۲.۰۰	مرجع معیار پذیرش :	

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۰/۰۲/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۲۳	
۱۴۰۰/۰۲/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۲۱	
۱۴۰۰/۰۲/۱۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۶۴	
۱۴۰۰/۰۲/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۱۹	
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۶۵	
۱۴۰۰/۰۲/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۲۵	
۱۴۰۰/۰۱/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۶۹	