

Qualitative

تاریخ :	سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۰	آزمایش ۱ :	(Hydatid Ab (IgG
کیت :	پیشتاز طب	کنترل :	کنترل مثبت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	
سری ساخت :	۹۹۰۰۲	سری ساخت :	۹۹۰۰۲
تاریخ انقضاء :	۴/۲۰۲۲	تاریخ انقضاء :	
معیار پذیرش :	۱.۱۲ تا ۲.۰۰۰	مرجع معیار پذیرش :	

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۰/۰۷/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۳۱	
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۷۱	
۱۴۰۰/۰۶/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۶۰۵	
۱۴۰۰/۰۶/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۴۸	
۱۴۰۰/۰۶/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۶۷	
۱۴۰۰/۰۶/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۰۳	