

## Qualitative

تاریخ :	دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱	آزمایش ۱ :	(Hydatid Ab (IgG
کیت :	پیشتاز طب	کنترل :	کنترل مثبت
شرکت سازنده :	پیشتاز طب	شرکت سازنده :	شرکت سازنده
سری ساخت :	۱۴۰۰۲	سری ساخت :	سری ساخت
تاریخ انقضاء :	۹/۲۰۲۲	تاریخ انقضاء :	تاریخ انقضاء
معیار پذیرش :	۱.۱۲ تا ۲	مرجع معیار پذیرش :	مرجع معیار پذیرش

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۰۵/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۵۴	
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۰۰۰	
۱۴۰۱/۰۴/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۷۲	
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۳۴۰	
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۵۵	
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۰۶	
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۰۰۰	۲.۲۷
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۲۸	۳.۳
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۹۴	۳.۷
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۲۸	۳.۱۰
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۰۰۴	۳.۱۷
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۳۰۹	
۱۴۰۱/۰۲/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۲۸	
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۸۶	
۱۴۰۱/۰۲/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۳۴۵	

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۳۰	۱۴۰۱.۱.۳۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۶۵	۱۴۰۱.۱.۲۳
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۷۲	