

Qualitative

تاریخ :	دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱	آزمایش ۱ :	(Hydatid Ab (IgG
کیت :	پیشتاز طب	کنترل :	کنترل مثبت
شرکت سازنده :	پیشتاز طب	شرکت سازنده :	شرکت سازنده
سری ساخت :	۱۴۰۰۲	سری ساخت :	سری ساخت
تاریخ انقضاء :	۹/۲۰۲۲	تاریخ انقضاء :	تاریخ انقضاء
معیار پذیرش :	۱.۱۲ تا ۲	مرجع معیار پذیرش :	مرجع معیار پذیرش

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۰۸۳	۸.۱۷
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۷۲	۸.۱۴
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۵۲	۸.۱۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۰۱	۸.۷
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۳۰	۷.۲۶
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۳۲	۷.۲۳
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۱۵	۷.۱۹
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۱۹	۷.۱۲
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۴۰	۷.۹
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۲۰	۶.۲۹
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۵۹	۶.۲۲
۱۴۰۱/۰۸/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۶۳	
۱۴۰۱/۰۶/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۶۳	
۱۴۰۱/۰۶/۰۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۱۰	
۱۴۰۱/۰۵/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۴۶	

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۴۰۱/۰۵/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۵۴	
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۶۰	
۱۴۰۱/۰۴/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۷۲	
۱۴۰۱/۰۴/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۳۴۰	
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۵۵	
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۰۶	
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۴۰	۲.۲۷
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۲۸	۳.۳
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۹۴	۳.۷
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۲۸	۳.۱۰
۱۴۰۱/۰۳/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۰۱	۳.۱۷
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۳۰۹	
۱۴۰۱/۰۲/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۲۸	
۱۴۰۱/۰۲/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۸۶	
۱۴۰۱/۰۲/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۳۴۵	
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۳۰	۱۴۰۱.۱.۲۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۶۵	۱۴۰۱.۱.۲۳
۱۴۰۱/۰۱/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۱۷۲	