

## Qualitative

تاریخ :	شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹	آزمایش ۱ :	(Hydatid Ab (IgG
کیفیت :	پیش‌تاز طب	کنترل مثبت :	کنترل
شرکت سازنده :	پیش‌تاز طب	شرکت سازنده :	شرکت سازنده
سری ساخت :	۹۸۰۰۲	سری ساخت :	۹۸۰۰۲
تاریخ انقضاء :		تاریخ انقضاء :	
معیار پذیرش :	۱.۱۲ تا ۲.۰۰	مرجع معیار پذیرش :	

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۳۹۹/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۹۹۲	
۱۳۹۹/۱۰/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۸۵	
۱۳۹۹/۱۰/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۰۱	
۱۳۹۹/۰۹/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۶۱۶	
۱۳۹۹/۰۹/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۱۹	
۱۳۹۹/۰۹/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۸۵	
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۹۱۵	
۱۳۹۹/۰۹/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۹۱۷	
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۷۱	
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۷۶۲	
۱۳۹۹/۰۸/۲۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۰۸	
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۰۹	
۱۳۹۹/۰۸/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۹۵۵	
۱۳۹۹/۰۸/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۶۳	
۱۳۹۹/۰۸/۰۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۷۵۸	

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
۱۳۹۹/۰۷/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۷/۲۳	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۴۷۰	
۱۳۹۹/۰۷/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۲۲۵	
۱۳۹۹/۰۷/۰۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۲.۰۰۰	
۱۳۹۹/۰۶/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۵۶۷	
۱۳۹۹/۰۶/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۸۵۵	
۱۳۹۹/۰۶/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۶۱۶	
۱۳۹۹/۰۶/۱۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱.۳۲۶	