

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۲/۲۱:

سری ساخت : -///FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgG
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۲	۵	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵

مقدار	تاریخ
۳۴.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۳۶.۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۳۶.۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۲۹.۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۳۷.۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱
۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۳۴.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۳۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۳۴.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲۹.۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۳۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴

CV%: 14.95	SD: 4.86	Mean: 32.506
------------	----------	--------------

