

عنوان کنترل : ABBOTT-3

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۹/۱۴:

سری ساخت : BX00۲۲۴۳۲

عنوان آزمایش : Toxoplasma Ab (IgM

(
ABBOTT

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۶۱۵	۰.۱۱۴	۱.۶۹۷	۱.۸۱۱	۱.۹۳۵	۲.۰۳۹	۲.۱۵۳	۲.۲۶۷	۲.۳۸۱

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۲.۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲.۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱.۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۲.۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲.۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴
۲.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱.۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۸

CV%: 5.572	SD: 0.115	Mean: 2.065
------------	-----------	-------------

