

CONTROL-I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

Inhibin A : عنوان آزمایش :  
الایزایدر : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۰۳-

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۵۷۲	۳.۱۲	۱۱۱.۹۴	۱۱۵.۰۶	۱۱۸.۱۸	۱۲۱.۳	۱۲۴.۴۲	۱۲۷.۵۴	۱۳۰.۶۶

مقدار	تاریخ
۱۲۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۷

CV%: 2.16	SD: 2.625	Mean: 121.55
-----------	-----------	--------------

