

عنوان آزمایش : Inhibin A
عنوان دستگاه : الیزاریدر

-سری ساخت : ۲۰۳

عنوان کنترل : CONTROL-I
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
130.473	127.493	124.513	121.533	118.553	115.573	112.593	2.98	2.452

تاریخ	مقدار
23/03/1400	123
25/03/1400	123
26/03/1400	120
27/03/1400	121
29/03/1400	121
31/03/1400	124

تاریخ	مقدار
10/03/1400	117
12/03/1400	119
17/03/1400	121
18/03/1400	122
19/03/1400	121
20/03/1400	122
22/03/1400	124

تاریخ	مقدار
01/03/1400	122
02/03/1400	125
03/03/1400	123
04/03/1400	120
05/03/1400	121
08/03/1400	122
09/03/1400	123

Mean: 121.7	SD: 1.867	CV%: 1.534
-------------	-----------	------------

