

عنوان آزمایش : Inhibin A

عنوان دستگاه : الیزاریدر 210319 : سری ساخت

عنوان کنترل :

CONTROL-I

شروع کنترل : 1400/04/22

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
145.001	135.334	125.667	116	106.333	96.666	86.999	9.667	7.8

تاریخ	مقدار
28/04/1400	114
29/04/1400	122

تاریخ	مقدار
26/04/1400	121
27/04/1400	124

Mean: 120.25	SD: 4.349	CV%: 3.617
--------------	-----------	------------

