

CONTROL-I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

Inhibin A : عنوان آزمایش :

الایزایدر : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۱۰۳۱۹

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۶۱۷	۴.۳۴۹	۱۰۷.۲۰۳	۱۱۱.۵۵۲	۱۱۵.۹۰۱	۱۲۰.۲۵	۱۲۴.۵۹۹	۱۲۸.۹۴۸	۱۳۳.۲۹۷

مقدار	تاریخ
۱۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۱۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۱۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۱۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰

CV%: 4.06	SD: 4.899	Mean: 120.667
-----------	-----------	---------------

