

عنوان آزمایش : Inhibin A
عنوان دستگاه : الیزابدر
عنوان کنترل : CONTROL-I
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
سری ساخت : ۰۲۱۰۳۱۹

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۴۰۶	۱۰.۸۸۹	۹۶.۸۷۶	۱۰۷.۷۶۵	۱۱۸.۶۵۴	۱۲۹.۵۴۳	۱۴۰.۴۳۳	۱۵۱.۳۳۱	۱۶۲.۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۱۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۱۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۱۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۱۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 8.078	SD: 9.6	Mean: 118.833
------------	---------	---------------

