

CONTROL-I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

Inhibin A : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C۲۱۰۳۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵۳,۷۱۷	۷۹,۸۰۵	۹۰,۸۴۸-	۱۱,۰۴۳-	۶۸,۷۶۲	۱۴۸,۵۶۷	۲۲۸,۳۷۲	۳۰۸,۱۷۷	۳۸۷,۹۸۲

مقدار	تاریخ
۱۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۱۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۱۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۳

CV%: 15.824	SD: 22.703	Mean: 143.467
-------------	------------	---------------

