

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Inhibin A
 عنوان دستگاہ : الایزایدر
 عنوان کنترول : CONTROL-I
 شروع کنترول : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
 سری ساخت : ۲۰۳-

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۴.۹۳۸	۵.۸۸۲	۱۰۱.۴۸۷	۱۰۷.۳۶۹	۱۱۳.۳۵۱	۱۱۹.۱۳۳	۱۲۵.۰۱۵	۱۳۰.۸۹۷	۱۳۶.۷۷۹

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۱۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۵
۱۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۱۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۱۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۲
۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۱۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴
۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 4.041	SD: 4.843	Mean: 119.864
------------	-----------	---------------