

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Inhibin A
 عنوان دستگاه : الایزایدر
 عنوان کنترل : CONTROL-I
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
 سری ساخت : ۲۰۲- /

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۳
۷.۸	۹.۶۶۷	۸۵.۹۹۹	۹۵.۶۶۶	۱۱۵	۱۲۴.۶۶۷	۱۲۴.۳۳۴	۱۲۴.۰۰۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷
۱۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۰
۱۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۴
۱۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۱۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۱۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۱۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹
۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰
		۱۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۱۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۴
		۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷
CV%: 5.547		SD: 6.488		Mean: 116.968	

