

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Inhibin A
 عنوان دستگاه : الایزایدر
 عنوان کنترل : CONTROL-I
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
 سری ساخت : ۲۰۳-

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۵.۵۶۷	۶.۵	۹۷.۲۶۷	۱۰۳.۷۶۷	۱۱۰.۲۶۷	۱۱۶.۷۶۷	۱۲۳.۲۶۷	۱۲۹.۷۶۷	۱۳۶.۲۶۷

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱

CV%: 4.706	SD: 5.569	Mean: 118.333
------------	-----------	---------------