

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : LH  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۵.۳۹۶	۰.۲۵۱	۳.۸۹۷	۴.۱۴۸	۴.۳۹۹	۴.۶۵	۴.۹۰۱	۵.۱۵۲	۵.۴۰۳

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴.۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴.۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۴.۷۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۴.۶۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۴.۹۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۴.۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۴.۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۴.۷۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۴.۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۴.۸۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۴

CV%: 3.388	SD: 0.163	Mean: 4.815
------------	-----------	-------------

