

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

سری ساخت : ۳۴۳۱۳۲۰۱

عنوان آزمایش : LH-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۲	۰.۳۰۸	۳.۶۹۱	۳.۹۹۹	۴.۳۰۷	۴.۶۱۵	۴.۹۲۳	۵.۲۳۱	۵.۵۳۹

مقدار	تاریخ
۵.۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۴.۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۵.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۵

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۴.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۴.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۵.۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴.۷۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۵.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۴.۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۵.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

CV%: 4.291	SD: 0.213	Mean: 4.97
------------	-----------	------------

