

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : LH  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۴۷۸	۰.۱۸۴	۳.۵۵۵	۳.۷۳۹	۳.۹۲۳	۴.۱۰۷	۴.۳۹۱	۴.۴۷۵	۴.۶۵۹

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۴.۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴.۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۴.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۴.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۴.۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۳.۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۴.۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴.۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۴.۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۴.۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۴.۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۲
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳

CV%: 3.672	SD: 0.156	Mean: 4.235
------------	-----------	-------------

