

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۳

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶۵۶	۱.۸۰۳	۴۳.۹۰۱	۴۵.۷۰۴	۴۷.۵۰۷	۴۹.۳۱	۵۱.۱۱۳	۵۲.۹۱۶	۵۴.۷۱۹

مقدار	تاریخ
۴۶.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۴۷.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۹.۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۴۹.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۴۶.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۴۹.۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۵۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۵۰.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۵۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۷.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۴۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۴۶.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 3.924	SD: 1.897	Mean: 48.343
------------	-----------	--------------

