

عنوان آزمایش : LH  
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰  
عنوان کنترل : عنوان کنترل : Universal I  
سری ساخت : ۱۹۱۶۲ / شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۴۷۲	۰.۴۷۱	۹.۱۱۶	۹.۵۸۷	۱۰.۰۵۸	۱۰.۵۲۹	۱۱	۱۱.۴۷۱	۱۱.۹۴۲

مقدار	تاریخ
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۱۰.۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۰.۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۰.۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۰.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۱۰.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۹.۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۹.۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۱۰.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۱۰.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۰

CV%: 4.536	SD: 0.479	Mean: 10.553
------------	-----------	--------------

