

عنوان کنترل : Universal I  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۰۱:

عنوان آزمایش : LH  
عنوان دستگاه : کوپاس ۶۰۰۰  
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۲.۱	۰.۷۶۲	۸.۵۳۹	۹.۲۹۱	۱۰.۰۵۳	۱۰.۸۱۵	۱۱.۵۷۷	۱۲.۳۳۹	۱۳.۱۰۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱۰.۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۰.۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۰.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
		۱۰.۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۰.۴۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
		۱۰.۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۰.۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
		۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۰.۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
CV%: 1.82		SD: 0.191		Mean: 10.518	

