

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۲۰:

عنوان آزمایش : LH
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۱	۰.۷۳	۸.۲۲	۸.۹۵	۹.۶۸	۱۰.۴۱	۱۱.۱۴	۱۱.۸۷	۱۲.۶

مقدار	تاریخ
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۱.۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۱.۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۱.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱۱.۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۱.۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۱۱.۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱

مقدار	تاریخ
۹.۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۹.۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۰.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

CV%: 6.311	SD: 0.692	Mean: 10.962
------------	-----------	--------------

