

عنوان کنترل : abbot-3  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

عنوان آزمایش : LH  
عنوان دستگاه : abbot  
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۷۱	۲,۸۹۳	۳۴,۴۴۱	۳۷,۳۳۴	۴۰,۲۲۷	۴۳,۱۲	۴۶,۰۱۳	۴۸,۹۰۶	۵۱,۷۹۹

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۵,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۴۲,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۴۶,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۴۵,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷

CV%: 5.587	SD: 2.503	Mean: 44.8
------------	-----------	------------

