

عنوان کنترل : abbot-2

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۲

عنوان آزمایش : LH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۹۲۸	۰.۵۵۶	۱۲.۴۹	۱۳.۰۴۶	۱۳.۶۰۲	۱۴.۱۵۸	۱۴.۷۱۴	۱۵.۲۷	۱۵.۸۲۶

مقدار	تاریخ
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۴.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۴.۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۴.۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۴.۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۳.۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۴.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۳.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۴.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۳.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۴.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۴.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۵.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۵.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۴.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۴.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۳.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 3.502	SD: 0.503	Mean: 14.363
------------	-----------	--------------

