

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : LH-CLIA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۶۰۱۱۹۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳.۲۶۱	۰.۱۵۵	۴.۲۹۴	۴.۴۴۹	۴.۶۰۴	۴.۷۵۹	۴.۹۱۴	۵.۰۶۹	۵.۲۲۴

مقدار	تاریخ
۴.۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۴.۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۴.۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۴.۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۴.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴.۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۴.۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۴.۷۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۴.۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۴.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۴.۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۴.۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۴.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۴.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۴.۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 1.889	SD: 0.087	Mean: 4.621
------------	-----------	-------------

