

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۹.۱۹	۰.۶۱۲	۴.۸۲۱	۵.۴۳۳	۶.۰۴۵	۶.۶۵۷	۷.۲۶۹	۷.۸۸۱	۸.۴۹۳

مقدار	تاریخ
۶.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۶.۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۶.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۶.۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۵.۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۷.۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۶.۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۷

CV%: 8.43	SD: 0.54	Mean: 6.4
-----------	----------	-----------

