

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۱۰-۱۳۹۹
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۸۸۸	۰.۴۶۲	۶.۴۶۴	۶.۹۲۶	۷.۲۸۸	۷.۸۵	۸.۳۱۲	۸.۷۷۴	۹.۲۳۶

مقدار	تاریخ
۷.۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۸.۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۸
۷.۹	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۷.۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۷.۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۷.۷	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۷.۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۸.۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۷

CV%: 5.89	SD: 0.456	Mean: 7.733
-----------	-----------	-------------

