

عنوان آزمایش : Lamotrigin  
عنوان دستگاه : hplc  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۰/۱۵  
سری ساخت : ۰۱

| %CV   | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۷۰۹ | ۱.۹۳۷ | ۱۹.۳۱۹            | ۲۱.۲۵۶            | ۲۳.۱۹۳            | ۲۵.۱۳ | ۲۷.۰۶۷          | ۲۹.۰۰۴          | ۳۰.۹۴۱          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۶.۳  | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
| ۲۵.۳  | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
| ۲۶.۷  | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۴.۹  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
| ۲۵    | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
| ۲۷    | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
| ۲۶.۹  | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
| ۲۵.۹  | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۷    | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
| ۲۴    | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۲۸.۸  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
| ۲۶.۵  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
| ۲۶.۴  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 4.672 | SD: 1.224 | Mean: 26.192 |
|------------|-----------|--------------|

