

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۷.۶۴۳	۰.۵	۵.۰۴۳	۵.۵۴۳	۶.۰۴۳	۶.۵۴۳	۷.۰۴۳	۷.۵۴۳	۸.۰۴۳

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۶.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۷.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
		۶.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۷.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
		۶.۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۶.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
CV%: 7.053		SD: 0.473		Mean: 6.7	

