

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۹۳۸	۰.۴۰۹	۵.۶۶۱	۶.۰۷	۶.۴۷۹	۶.۸۸۸	۷.۲۹۷	۷.۷۰۶	۸.۱۱۵

مقدار	تاریخ
۷.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۷.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۶.۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۶.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۷.۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۷.۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۶.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۷.۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷

CV%: 3.574	SD: 0.256	Mean: 7.162
------------	-----------	-------------

