

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
عنوان کنترل : پولد سرم
سری ساخت : ۰۱
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۳۶۵	۱.۱۳۵	۲۲.۵۸۵	۲۲.۷۲	۲۴.۸۵۵	۲۵.۹۹	۲۷.۱۲۵	۲۸.۲۶	۲۹.۳۹۵

مقدار	تاریخ
۲۶.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲۷.۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۴.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۲۴.۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲۷.۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

CV%: 3.659	SD: 0.953	Mean: 26.055
------------	-----------	--------------

