

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۰۷۵	۰,۶۰۷	۸,۱۶۶	۸,۷۷۳	۹,۳۸	۹,۹۸۷	۱۰,۵۹۴	۱۱,۲۰۱	۱۱,۸۰۸

مقدار	تاریخ
۱۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۹,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۱۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۰,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۹,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۰,۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۱۰,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۱۰,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۹,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۹,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۸,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۰,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۹,۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۱۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۸,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۹,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

CV%: 7.595	SD: 0.751	Mean: 9.883
------------	-----------	-------------

