

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۱۲۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۹۱۲	۰,۵۵۹	۲,۶۵	۳,۲۰۹	۳,۷۶۸	۴,۳۲۷	۴,۸۸۶	۵,۴۴۵	۶,۰۰۴

مقدار	تاریخ
۴,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۴,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۴,۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۵,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۴,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴,۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۴,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳,۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۵,۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۵,۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۵,۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۴,۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۳,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۳,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳,۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 13.264	SD: 0.58	Mean: 4.374
-------------	----------	-------------

