

عنوان آزمایش : Lamotrigin
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۸۹۲	۰.۷۴۴	۲۳.۵۱۱	۲۴.۲۵۵	۲۴.۹۹۹	۲۵.۷۴۳	۲۶.۴۸۷	۲۷.۲۳۱	۲۷.۹۷۵

مقدار	تاریخ
۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۶.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۲۶.۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۶.۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲۶.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۲۶.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۲۵.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۵

CV%: 2.762	SD: 0.725	Mean: 26.233
------------	-----------	--------------

