

Internal Control

MPO Ab	: آزمایش ۱	۱۳۹۹ آبان ۱۹	: تاریخ
کنترل داخل کیت	: کنترل	EUROIMMUN	: کیت
	: شرکت سازنده	EUROIMMUN	: شرکت سازنده
E200201AR	: سری ساخت	E200201AR	: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء	/۰۱/۲۰۲۱	: تاریخ انقضاء
	: مرجع CV مجاز	۵.۱	: CV مجاز
۷۳	: حد پایین	۱۳۵	: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۹/۱۰/۰۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۴.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۱.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۴.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۵.۰	OK	

CV : 3.672