

Internal Control

Anti PR3 Ab	: آزمایش ۱	۱۳۹۹ آبان ۱۹	: تاریخ
کنترل داخل کیت	: کنترل	EUROIMMUN	: کیت
EUROIMMUN	: شرکت سازنده	EUROIMMUN	: شرکت سازنده
E191003AL	: سری ساخت	E191003AL	: سری ساخت
	: تاریخ انقضاء	/۱۰/۲۰۲۰	: تاریخ انقضاء
	: مرجع CV مجاز	۱۱.۲	: CV مجاز
۹۴.۶۶۷	: حد پایین	۱۴۱.۳۳۳	: حد بالا

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۳۹۹/۰۹/۱۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۲.۸	OK	
۱۳۹۹/۰۹/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۱.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۷.۰	OK	
۱۳۹۹/۰۸/۲۰	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۰.۰	OK	

CV : 6.25