

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۶	۰.۰۵۶	۰.۳۹۴	۰.۴۵	۰.۵۰۶	۰.۵۶۲	۰.۶۱۸	۰.۶۷۴	۰.۷۳

مقدار	تاریخ
۰.۵۶۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۰.۵۷۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۰.۵۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۶۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۰.۵۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۰.۵۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۰.۵۴۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۰.۵۶۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۰.۵۲۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۰.۵۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۴

CV%: 4.255	SD: 0.024	Mean: 0.561
------------	-----------	-------------

