

عنوان آزمایش : PSA  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : کنترل High  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴  
سری ساخت : ۱۴۰۰۳

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۸.۳	۰.۸۳۳	۵.۲۰۱	۶.۰۳۴	۶.۸۶۷	۷.۷	۸.۵۳۳	۹.۳۶۶	۱۰.۱۹۹

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۸.۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۲
۷.۴۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸.۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۹.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۸.۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۸.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷.۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۸.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۷.۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۷.۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸

مقدار	تاریخ
۷.۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۸.۷۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۸.۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۷.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۸.۳	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۸.۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۱

CV%: 6.827	SD: 0.556	Mean: 8.149
------------	-----------	-------------

