

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

PSA -CLIA

عنوان آزمایش :

abbot

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۰۷۴	۰.۵۲	۰.۵۹۴	۰.۶۶۸	۰.۷۴۲	۰.۸۱۶	۰.۸۹	۰.۹۶۴

مقدار	تاریخ
۰.۷۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۰.۷۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۰.۶۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۰.۶۸۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۰.۷۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۰.۶۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۰.۶۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۰.۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۰.۷۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۰.۷۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰.۷۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۰.۶۸۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۰.۷۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۰.۶۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۰.۷۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۰.۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۰.۶۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۰.۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۰.۷۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۰.۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۰.۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۰.۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 4.104	SD: 0.029	Mean: 0.711
------------	-----------	-------------

