

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

PSA -CLIA

عنوان آزمایش :

abbot

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۱۷۲	۰.۰۲۹	۰.۶۰۵	۰.۶۳۴	۰.۶۶۳	۰.۶۹۲	۰.۷۲۱	۰.۷۵	۰.۷۷۹

مقدار	تاریخ
۰.۷۴۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۰.۶۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۰.۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۰.۷۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۰.۷۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۰.۷۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۷۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰.۶۸۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
۰.۶۵۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۰.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۰.۷۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۰.۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۰.۷۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۰.۷۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۷۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۰.۶۹۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۰.۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۰.۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۰.۷	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۰.۷۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۰.۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۰.۷۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۲

CV%: 3.66	SD: 0.026	Mean: 0.717
-----------	-----------	-------------

